

## 关于实验台及通风柜改造技术规格书要求中 部分内容的澄清

实验台采购项目第三项中的第 2 小项，2.1.柜体、抽屉：柜体、抽屉、门板、层板均采用 1.0 厚（未喷涂前裸钢板），优质冷扎钢板制作，表面高压静电环氧树脂粉末喷涂，经高温烘烤，整体强度高、耐酸碱、抗腐蚀、防水，喷涂后的金属表面；中央台柜体要设计成满柜。修改为：2.1.柜体、抽屉：柜体、抽屉、门板、层板均采用木质结构。柜体采用大于等于 18mm 厚的 E1 级三聚氰胺板，表面贴面并采用 PVC 热熔封边处理，以增强防水性和耐用性。中央台柜体要设计成满柜。

王心  
王心  
2026.2.28

同意  
2026.2.28

