

计量器具校准技术要求



1. 下列设备需在我公司现场进行校准

序号	测量设备名称	数量
1	电子密度计	3 台
2	自动蒸馏测定仪	2 台
3	低温恒温槽	2 台
4	恒温水浴/沙浴锅	2 台
5	马弗炉	3 台
6	电热鼓风干燥箱	8 台
7	电子秤	1 台
8	可见分光光度计	2 台
10	紫外/可见分光光度计	2 台
11	原子吸收分光光度计	1 台
12	卡尔费休水分测定仪	3 台
13	库伦法水分水分测定仪	1 台
14	气相色谱仪	10 台
15	ICP	1 台
16	离子色谱	1 台
17	氧弹量热仪	6 台
18	工业分析仪	3 套
19	灰挥测试仪	2 台
20	定硫仪	2 台
21	光波水分测试仪	1 台
22	水分测定仪	1 台
23	灰熔融性测试仪	3 台
24	铜片腐蚀率仪	1 台
25	氟化物测定仪（离子计）	1 台
26	硅酸根分析仪	2 台
27	酸度计	2 台
28	钠度计	2 台
29	电导率仪	2 台
30	红外测油仪	1 台
31	总氮测定仪	2 台

32	红外气体分析仪	1 组
33	四合一便携式气体分析仪	100 台
34	电子皮带秤	8 台

2、下列设备需校准厂家自行带走校准，完成校准后将设备和校准证书送回或寄回我公司。

序号	测量设备名称	计划校准数量
1	露点仪	1 台
2	微量氧分析仪	1 台
3	玻璃温度计	6 支
4	温湿度计	10 台
5	空盒气压表	2 台
6	汉普仪量气筒	2 台
7	氧弹	4 台
8	热电偶	16 支
9	压力变送器	16 台
10	三相四线智能电能表	4 台
11	三相三线智能电能表	2 台

3、若氧弹水压试验不合格，校准厂家需对氧弹进行调试维修，保证水压试验合格，调试维修费用由校准厂家承担。

- 4、热电偶校准周期为 1 年。
- 5、校准厂家需出具的证书（所有证书）必须有“CNAS”或者“CMA”标志，并加盖校准专用章。

